

表 408 ET測定頻度 兼務臨床工学技士有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

兼務臨床工学技士有無	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし	101	18	108	161	1,725	251	221	2,585	45	4	2,634
(%)	(75.9)	(66.7)	(65.5)	(63.6)	(59.8)	(59.6)	(63.9)	(61.1)	(65.2)	(66.7)	(61.2)
あり	32	9	57	92	1,159	170	125	1,644	24	2	1,670
(%)	(24.1)	(33.3)	(34.5)	(36.4)	(40.2)	(40.4)	(36.1)	(38.9)	(34.8)	(33.3)	(38.8)
合計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
記載なし											
総計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
平均	1.02	1.26	1.65	1.77	1.62	1.24	1.42	1.56	1.33	2.00	1.55
標準偏差	2.35	2.38	3.30	3.50	2.92	2.39	2.77	2.90	3.05	3.63	2.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査