

表 411 ET測定頻度 細菌数測定の頻度別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数測定の 頻度	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	114 (49.4)	2 (0.9)			29 (12.6)	50 (21.6)	36 (15.6)	231 (100.0)	11		242
毎日 (%)		10 (62.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	4 (25.0)			16 (100.0)			16
毎週 (%)		1 (0.8)	118 (92.2)	2 (1.6)	6 (4.7)	1 (0.8)		128 (100.0)			128
隔週 (%)		6 (2.3)	18 (6.9)	209 (80.4)	24 (9.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	260 (100.0)			260
毎月 (%)	3 (0.1)	5 (0.2)	26 (0.9)	36 (1.3)	2,633 (96.0)	27 (1.0)	13 (0.5)	2,743 (100.0)	1		2,744
年数回 (%)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (1.0)	89 (21.2)	309 (73.6)	13 (3.1)	420 (100.0)	2		422
年1回 (%)	1 (0.3)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	93 (23.6)	23 (5.8)	273 (69.3)	394 (100.0)	1		395
合計 (%)	121 (2.9)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,878 (68.7)	412 (9.8)	336 (8.0)	4,192 (100.0)	15		4,207
不明 (%)	12 (33.3)				6 (16.7)	8 (22.2)	10 (27.8)	36 (100.0)	54		90
記載なし (%)						1 (100.0)		1 (100.0)		6	7
総計 (%)	133 (3.1)	27 (0.6)	165 (3.9)	253 (6.0)	2,884 (68.2)	421 (10.0)	346 (8.2)	4,229 (100.0)	69	6	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査