

表 420 ET測定値(EU/mL) 施設所属患者数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

施設所属患者数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
10未満	126	35	20	7	3	1	2	194	46	18	258
(%)	(64.9)	(18.0)	(10.3)	(3.6)	(1.5)	(0.5)	(1.0)	(100.0)			
10～	1,003	182	95	28	20	5	6	1,339	88	34	1,461
(%)	(74.9)	(13.6)	(7.1)	(2.1)	(1.5)	(0.4)	(0.4)	(100.0)			
50～	1,205	193	60	14	14	9	9	1,504	19	6	1,529
(%)	(80.1)	(12.8)	(4.0)	(0.9)	(0.9)	(0.6)	(0.6)	(100.0)			
100～	712	114	29	11	9	5	4	884	9	3	896
(%)	(80.5)	(12.9)	(3.3)	(1.2)	(1.0)	(0.6)	(0.5)	(100.0)			
200～	96	14	6	1	1			118	2		120
(%)	(81.4)	(11.9)	(5.1)	(0.8)	(0.8)			(100.0)			
300～	25	10	1	2	1		1	40			40
(%)	(62.5)	(25.0)	(2.5)	(5.0)	(2.5)		(2.5)	(100.0)			
合計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
(%)	(77.6)	(13.4)	(5.2)	(1.5)	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			
記載なし											
(%)											
総計	3,167	548	211	63	48	20	22	4,079	164	61	4,304
(%)	(77.6)	(13.4)	(5.2)	(1.5)	(1.2)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			
平均	77.85	77.88	61.93	69.92	71.71	65.95	83.50	76.81	31.13	29.49	74.40
標準偏差	59.66	72.44	72.75	77.15	62.22	37.56	70.11	62.62	37.77	31.77	62.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査