

表 445 細菌数(cfu/mL) サンプルングポイント別(ベッドサイドコンソール台数≧1)

サンプルング ポイント	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ前 (%)	2,544 (71.4)	502 (14.1)	344 (9.7)	136 (3.8)	37 (1.0)	3,563 (100.0)	139	43	3,745
ダイアライザ後 (%)	258 (73.7)	45 (12.9)	26 (7.4)	18 (5.1)	3 (0.9)	350 (100.0)	22	5	377
合計 (%)	2,802 (71.6)	547 (14.0)	370 (9.5)	154 (3.9)	40 (1.0)	3,913 (100.0)	161	48	4,122
不明 (%)	8 (50.0)	4 (25.0)	2 (12.5)	2 (12.5)		16 (100.0)	101	14	131
記載なし (%)	1 (100.0)					1 (100.0)	2	48	51
総計 (%)	2,811 (71.5)	551 (14.0)	372 (9.5)	156 (4.0)	40 (1.0)	3,930 (100.0)	264	110	4,304

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査