

表 2136 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)		1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	6.80	2.28
30～ (%)		9 (18.8)	19 (39.6)	15 (31.3)		5 (10.4)	48 (100.0)	3	51	8.67	5.81
40～ (%)		24 (12.2)	77 (39.3)	67 (34.2)	5 (2.6)	23 (11.7)	196 (100.0)	5	201	9.97	6.16
50～ (%)		29 (14.9)	63 (32.3)	72 (36.9)	5 (2.6)	26 (13.3)	195 (100.0)	5	200	10.36	6.80
60～ (%)		15 (15.0)	34 (34.0)	29 (29.0)	3 (3.0)	19 (19.0)	100 (100.0)	4	104	10.98	7.41
70～ (%)		10 (21.3)	12 (25.5)	15 (31.9)	2 (4.3)	8 (17.0)	47 (100.0)		47	10.34	7.74
80～ (%)		1 (8.3)	6 (50.0)	3 (25.0)		2 (16.7)	12 (100.0)		12	10.50	7.34
90～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	11.00	4.24
100～ (%)				2 (100.0)			2 (100.0)		2	10.00	
110～ (%)											
120～ (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00	
合計 (%)		89 (14.6)	216 (35.5)	205 (33.7)	15 (2.5)	83 (13.7)	608 (100.0)	17	625	10.17	6.67
記載なし (%)			4 (57.1)	3 (42.9)			7 (100.0)	2	9	10.29	3.55
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		54.15	53.20	54.20	56.49	56.48	54.21	51.87	54.14		
標準偏差		11.75	12.60	12.05	10.39	11.43	12.10	8.88	12.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査