

表 2144 1セッションあたりの置換液量(L) nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈)

nPCR	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
0.4～ (%)		1 (5.3)	12 (63.2)	4 (21.1)		2 (10.5)	19 (100.0)	1	20	8.84	5.00
0.6～ (%)		25 (16.8)	54 (36.2)	46 (30.9)	3 (2.0)	21 (14.1)	149 (100.0)	1	150	10.01	6.87
0.8～ (%)		28 (11.8)	84 (35.3)	81 (34.0)	8 (3.4)	37 (15.5)	238 (100.0)	8	246	10.80	6.73
1.0～ (%)		13 (13.7)	30 (31.6)	39 (41.1)	1 (1.1)	12 (12.6)	95 (100.0)	1	96	10.32	6.44
1.2～ (%)		3 (18.8)	5 (31.3)	7 (43.8)		1 (6.3)	16 (100.0)	2	18	9.06	5.76
1.4～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
1.6～ (%)											
1.8～ (%)											
2.0～ (%)											
合計 (%)		70 (13.5)	185 (35.6)	179 (34.5)	12 (2.3)	73 (14.1)	519 (100.0)	13	532	10.36	6.62
記載なし (%)		1 (3.4)	14 (48.3)	13 (44.8)		1 (3.4)	29 (100.0)	4	33	9.14	3.07
総計 (%)		71 (13.0)	199 (36.3)	192 (35.0)	12 (2.2)	74 (13.5)	548 (100.0)	17	565	10.29	6.49
平均		0.87	0.85	0.89	0.89	0.87	0.87	0.89	0.87		
標準偏差		0.16	0.17	0.17	0.12	0.14	0.17	0.20	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査