

表 2150 1セッションあたりの置換液量(L) PTH値(pg/mL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		5 (16.1)	9 (29.0)	15 (48.4)		2 (6.5)	31 (100.0)		31	9.13	4.67
20～ (%)		3 (6.3)	23 (47.9)	15 (31.3)	2 (4.2)	5 (10.4)	48 (100.0)	1	49	10.17	5.75
40～ (%)		10 (20.4)	13 (26.5)	21 (42.9)	1 (2.0)	4 (8.2)	49 (100.0)		49	9.24	5.68
60～ (%)		11 (26.2)	12 (28.6)	14 (33.3)	1 (2.4)	4 (9.5)	42 (100.0)		42	8.71	6.33
80～ (%)		8 (16.7)	11 (22.9)	22 (45.8)	1 (2.1)	6 (12.5)	48 (100.0)		48	9.85	6.12
100～ (%)		6 (14.0)	18 (41.9)	15 (34.9)		4 (9.3)	43 (100.0)		43	9.19	5.99
120～ (%)		6 (13.6)	22 (50.0)	13 (29.5)		3 (6.8)	44 (100.0)	1	45	8.80	5.87
140～ (%)		3 (8.3)	13 (36.1)	12 (33.3)	1 (2.8)	7 (19.4)	36 (100.0)	1	37	11.11	6.75
160～ (%)		2 (8.0)	10 (40.0)	8 (32.0)		5 (20.0)	25 (100.0)	2	27	11.28	6.85
180～ (%)		10 (15.6)	19 (29.7)	23 (35.9)	3 (4.7)	9 (14.1)	64 (100.0)	2	66	10.44	7.13
240～ (%)											
241～ (%)		8 (19.5)	11 (26.8)	14 (34.1)	1 (2.4)	7 (17.1)	41 (100.0)	1	42	10.93	7.38
300～ (%)		2 (8.0)	9 (36.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	8 (32.0)	25 (100.0)		25	13.80	9.10
360～ (%)		1 (8.3)	6 (50.0)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)		12	10.00	7.03
420～ (%)			1 (14.3)	3 (42.9)		3 (42.9)	7 (100.0)		7	16.57	9.07
480～ (%)		1 (16.7)	4 (66.7)			1 (16.7)	6 (100.0)		6	9.17	7.76
500～ (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)		2	4.50	0.71
540～ (%)		1 (33.3)		2 (66.7)			3 (100.0)	1	4	8.00	3.46
600～ (%)			4 (44.4)	3 (33.3)		2 (22.2)	9 (100.0)	1	10	12.00	5.92
800～ (%)			5 (50.0)	4 (40.0)		1 (10.0)	10 (100.0)		10	10.20	5.22
合計 (%)		78 (14.3)	191 (35.0)	192 (35.2)	12 (2.2)	72 (13.2)	545 (100.0)	10	555	10.13	6.54
記載なし (%)			4 (66.7)	2 (33.3)			6 (100.0)	5	11	8.33	1.51
総計 (%)		78 (14.2)	195 (35.4)	194 (35.2)	12 (2.2)	72 (13.1)	551 (100.0)	15	566	10.11	6.50
平均		144.41	182.59	174.35	168.42	206.88	177.12	254.70	178.52		
標準偏差		118.96	201.79	260.71	121.73	181.48	212.07	208.00	212.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査