

表 3015 single pool Kt/V(Kt/Vsp) %クレアチニン産生速度(%)別(施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	11 (0.2)	34 (0.7)	77 (1.5)	326 (6.4)	807 (15.8)	1,184 (23.1)	1,171 (22.9)	765 (14.9)	443 (8.7)	300 (5.9)	5,118 (100.0)	8	5,126	1.43	0.35
60～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	26 (0.8)	116 (3.5)	355 (10.6)	715 (21.4)	911 (27.3)	672 (20.1)	329 (9.9)	208 (6.2)	3,335 (100.0)	4	3,339	1.50	0.31
70～ (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	23 (0.5)	106 (2.1)	415 (8.2)	1,016 (20.1)	1,387 (27.5)	1,119 (22.2)	603 (12.0)	364 (7.2)	5,043 (100.0)	2	5,045	1.55	0.31
80～ (%)			15 (0.2)	94 (1.3)	453 (6.4)	1,234 (17.3)	2,006 (28.2)	1,732 (24.3)	933 (13.1)	649 (9.1)	7,116 (100.0)	8	7,124	1.59	0.30
90～ (%)	1 (0.0)	4 (0.0)	14 (0.2)	72 (0.8)	398 (4.5)	1,339 (15.1)	2,417 (27.3)	2,314 (26.1)	1,403 (15.9)	888 (10.0)	8,850 (100.0)	19	8,869	1.63	0.29
100～ (%)	1 (0.0)		7 (0.1)	48 (0.5)	326 (3.3)	1,214 (12.4)	2,540 (26.0)	2,846 (29.2)	1,693 (17.3)	1,085 (11.1)	9,760 (100.0)	17	9,777	1.66	0.28
110～ (%)	1 (0.0)	2 (0.0)	8 (0.1)	36 (0.4)	220 (2.5)	906 (10.3)	2,214 (25.2)	2,596 (29.6)	1,647 (18.8)	1,146 (13.1)	8,776 (100.0)	15	8,791	1.69	0.29
120～ (%)	3 (0.0)		4 (0.1)	21 (0.3)	117 (1.8)	611 (9.4)	1,541 (23.7)	1,942 (29.9)	1,350 (20.8)	916 (14.1)	6,505 (100.0)	14	6,519	1.71	0.29
130～ (%)		1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.2)	59 (1.7)	302 (8.6)	798 (22.8)	1,016 (29.0)	831 (23.7)	486 (13.9)	3,501 (100.0)	8	3,509	1.72	0.28
140～ (%)			2 (0.1)	6 (0.3)	54 (2.4)	198 (8.7)	523 (22.9)	655 (28.7)	499 (21.9)	342 (15.0)	2,279 (100.0)	19	2,298	1.72	0.29
合計 (%)	21 (0.0)	50 (0.1)	177 (0.3)	832 (1.4)	3,204 (5.3)	8,719 (14.5)	15,508 (25.7)	15,657 (26.0)	9,731 (16.1)	6,384 (10.6)	60,283 (100.0)	114	60,397	1.62	0.31
記載なし (%)			1 (3.2)		6 (19.4)	8 (25.8)	5 (16.1)	3 (9.7)	6 (19.4)	2 (6.5)	31 (100.0)	5,266	5,297	1.52	0.40
総計 (%)	21 (0.0)	50 (0.1)	178 (0.3)	832 (1.4)	3,210 (5.3)	8,727 (14.5)	15,513 (25.7)	15,660 (26.0)	9,737 (16.1)	6,386 (10.6)	60,314 (100.0)	5,380	65,694	1.62	0.31
平均	69.51	49.63	64.64	68.28	79.57	89.96	97.71	102.44	105.00	105.17	98.27	115.92	98.30		
標準偏差	34.21	30.89	29.85	28.81	28.45	27.11	25.36	23.83	24.10	24.57	26.43	43.68	26.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査