

表 4049 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	12 (23.5)	30 (58.8)	9 (17.6)		51 (100.0)		46	97
15歳～ (%)	23 (31.1)	38 (51.4)	12 (16.2)	1 (1.4)	74 (100.0)		37	111
30歳～ (%)	158 (37.4)	198 (46.9)	62 (14.7)	4 (0.9)	422 (100.0)	6	273	701
45歳～ (%)	479 (34.4)	720 (51.6)	173 (12.4)	22 (1.6)	1,394 (100.0)	31	877	2,302
60歳～ (%)	808 (32.8)	1,303 (52.9)	323 (13.1)	31 (1.3)	2,465 (100.0)	55	1,514	4,034
75歳～ (%)	266 (27.7)	545 (56.7)	131 (13.6)	20 (2.1)	962 (100.0)	15	614	1,591
90歳～ (%)	14 (21.9)	41 (64.1)	7 (10.9)	2 (3.1)	64 (100.0)		41	105
合計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941
平均	61.56	62.99	62.32	65.19	62.47	63.12	62.39	62.45
標準偏差	13.84	14.47	15.22	13.67	14.37	10.73	14.89	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査