

表 419 ET測定値(EU/mL) ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

ベッドサイド コンソール台数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL 未満	0.01～0.05EU/mL 未満	0.05～0.1EU/mL未 満	0.1～0.25EU/mL未 満	0.25～0.5EU/mL未 満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	1,353 (76.3)	241 (13.6)	118 (6.7)	26 (1.5)	20 (1.1)	10 (0.6)	6 (0.3)	1,774 (100.0)	110	52	1,936
25～ (%)	1,395 (81.3)	205 (12.0)	70 (4.1)	22 (1.3)	9 (0.5)	7 (0.4)	7 (0.4)	1,715 (100.0)	19	9	1,743
50～ (%)	378 (84.4)	45 (10.0)	13 (2.9)	7 (1.6)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	448 (100.0)	1	2	451
75～ (%)	82 (82.0)	13 (13.0)	3 (3.0)		1 (1.0)		1 (1.0)	100 (100.0)	1		101
100～ (%)	60 (83.3)	5 (6.9)	5 (6.9)			1 (1.4)	1 (1.4)	72 (100.0)			72
合計 (%)	3,268 (79.5)	509 (12.4)	209 (5.1)	55 (1.3)	33 (0.8)	19 (0.5)	16 (0.4)	4,109 (100.0)	131	63	4,303
記載なし (%)											
総計 (%)	3,268 (79.5)	509 (12.4)	209 (5.1)	55 (1.3)	33 (0.8)	19 (0.5)	16 (0.4)	4,109 (100.0)	131	63	4,303
平均	32.42	30.15	28.42	27.31	25.42	27.63	35.50	31.80	14.91	13.98	31.03
標準偏差	22.51	22.24	25.47	15.59	17.97	23.81	29.16	22.59	11.99	12.85	22.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査