

表 492 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満(%)					12		1	13
2～(%)	1 (8.3)	11 (91.7)			(100.0)			
4～(%)	8 (10.5)	68 (89.5)			76 (100.0)		21	97
6～(%)	33 (10.5)	280 (89.5)			313 (100.0)		64	377
8～(%)	68 (11.4)	525 (88.2)		2 (0.3)	595 (100.0)		81	676
10～(%)	44 (11.3)	345 (88.7)			389 (100.0)		60	449
12～(%)	10 (8.8)	103 (91.2)			113 (100.0)		11	124
14～(%)	3 (16.7)	15 (83.3)			18 (100.0)		2	20
16～(%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
合計(%)	168 (11.1)	1,347 (88.8)		2 (0.1)	1,517 (100.0)		240	1,757
記載なし(%)	1 (2.9)	33 (97.1)			34 (100.0)		20	54
総計(%)	169 (10.9)	1,380 (89.0)		2 (0.1)	1,551 (100.0)		260	1,811
平均	9.23	9.18		8.85	9.18		8.79	9.13
標準偏差	2.14	2.06		0.92	2.07		2.08	2.07

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査