

表 1986 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	3 (75.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		1	5
1.5～ (%)	42 (100.0)				42 (100.0)		2	44
2.0～ (%)	227 (93.4)	14 (5.8)		2 (0.8)	243 (100.0)		28	271
2.5～ (%)	1,273 (92.9)	89 (6.5)		9 (0.7)	1,371 (100.0)		112	1,483
3.0～ (%)	8,830 (95.1)	401 (4.3)		55 (0.6)	9,286 (100.0)		720	10,006
3.5～ (%)	19,263 (95.2)	854 (4.2)	1 (0.0)	110 (0.5)	20,228 (100.0)		1,535	21,763
4.0～ (%)	5,470 (95.7)	208 (3.6)		35 (0.6)	5,713 (100.0)		434	6,147
4.5～ (%)	201 (96.6)	6 (2.9)		1 (0.5)	208 (100.0)		20	228
5.0～ (%)	13 (100.0)				13 (100.0)			13
合計 (%)	35,322 (95.2)	1,573 (4.2)	1 (0.0)	212 (0.6)	37,108 (100.0)		2,852	39,960
記載なし (%)	672 (82.6)	44 (5.4)		98 (12.0)	814 (100.0)		232	1,046
総計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
平均	3.61	3.57	3.50	3.61	3.61		3.60	3.61
標準偏差	0.37	0.38		0.37	0.37		0.38	0.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査