

表 467 ETRF装着率(%) ET測定値(EU/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数≧1)

ET測定値	0 (装着せず)	10未満	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100 (全台装着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.001EU/mL未満 (%)	33 (1.0)	30 (0.9)	29 (0.9)	25 (0.7)	28 (0.8)	25 (0.7)	36 (1.1)	30 (0.9)	38 (1.1)	58 (1.7)	161 (4.7)	2,913 (85.5)	3,406 (100.0)		3,406	94.35	18.89
0.001～0.01EU/mL未満 (%)	19 (4.1)	9 (2.0)	18 (3.9)	6 (1.3)	3 (0.7)	5 (1.1)	7 (1.5)	11 (2.4)	10 (2.2)	13 (2.8)	15 (3.3)	343 (74.7)	459 (100.0)		459	85.89	29.98
0.01～0.05EU/mL未満 (%)	8 (5.0)		4 (2.5)	4 (2.5)	1 (0.6)	3 (1.9)	8 (5.0)	3 (1.9)	2 (1.3)	5 (3.1)	1 (0.6)	121 (75.6)	160 (100.0)		160	85.73	29.37
0.05～0.1EU/mL未満 (%)	2 (4.3)	1 (2.2)	1 (2.2)	2 (4.3)		2 (4.3)		3 (6.5)	2 (4.3)	2 (4.3)	4 (8.7)	27 (58.7)	46 (100.0)		46	81.07	31.50
0.1～0.25EU/mL未満 (%)	6 (16.2)	1 (2.7)				3 (8.1)	1 (2.7)					26 (70.3)	37 (100.0)		37	75.38	40.23
0.25～0.5EU/mL未満 (%)			1 (5.0)	1 (5.0)			1 (5.0)	1 (5.0)	1 (5.0)			15 (75.0)	20 (100.0)		20	86.70	26.96
0.5EU/mL以上 (%)										2 (12.5)	1 (6.3)	13 (81.3)	16 (100.0)		16	97.83	4.92
合計 (%)	68 (1.6)	41 (1.0)	53 (1.3)	38 (0.9)	32 (0.8)	38 (0.9)	53 (1.3)	48 (1.2)	53 (1.3)	80 (1.9)	182 (4.4)	3,458 (83.4)	4,144 (100.0)		4,144	92.74	21.63
不明 (%)	29 (23.0)		4 (3.2)	6 (4.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	5 (4.0)	5 (4.0)	3 (2.4)	1 (0.8)		71 (56.3)	126 (100.0)	2	128	65.47	43.27
記載なし (%)	15 (32.6)		1 (2.2)						1 (2.2)		1 (2.2)	28 (60.9)	46 (100.0)		46	64.88	47.29
総計 (%)	112 (2.6)	41 (0.9)	58 (1.3)	44 (1.0)	33 (0.8)	39 (0.9)	58 (1.3)	53 (1.2)	57 (1.3)	81 (1.9)	183 (4.2)	3,557 (82.4)	4,316 (100.0)	2	4,318	91.65	23.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0033##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査