

表 468 ETRF装着率(%) 細菌数測定の頻度別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数測定の 頻度	0 (装着せず)	10未満	10 ~	20 ~	30 ~	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	90 ~	100 (全台装着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
なし (%)	40 (21.7)	3 (1.6)	5 (2.7)	7 (3.8)		2 (1.1)	4 (2.2)	5 (2.7)	2 (1.1)	1 (0.5)	5 (2.7)	110 (59.8)	184 (100.0)		184	68.32	43.22	
毎日 (%)												1 (7.7)	12 (92.3)	13 (100.0)		13	99.84	0.58
毎週 (%)	2 (1.4)	1 (0.7)	2 (1.4)	1 (0.7)		2 (1.4)	3 (2.0)	2 (1.4)	4 (2.7)	2 (1.4)	9 (6.1)	120 (81.1)	148 (100.0)		148	92.99	20.57	
隔週 (%)	1 (0.4)	2 (0.9)	3 (1.3)	1 (0.4)		1 (0.4)	2 (0.9)	4 (1.7)	3 (1.3)	3 (1.3)	8 (3.5)	201 (87.8)	229 (100.0)		229	95.34	17.09	
毎月 (%)	37 (1.3)	32 (1.1)	35 (1.2)	25 (0.9)	29 (1.0)	27 (0.9)	40 (1.4)	29 (1.0)	37 (1.3)	59 (2.0)	127 (4.4)	2,409 (83.5)	2,886 (100.0)		2,886	92.90	21.19	
年数回 (%)	11 (3.1)	1 (0.3)	5 (1.4)	6 (1.7)	2 (0.6)	2 (0.6)	3 (0.8)	9 (2.5)	6 (1.7)	8 (2.3)	15 (4.2)	286 (80.8)	354 (100.0)		354	91.05	23.99	
年1回 (%)	7 (1.6)	2 (0.5)	6 (1.4)	2 (0.5)	1 (0.2)	4 (0.9)	3 (0.7)	4 (0.9)	2 (0.5)	7 (1.6)	18 (4.2)	369 (86.8)	425 (100.0)		425	94.41	19.55	
合計 (%)	98 (2.3)	41 (1.0)	56 (1.3)	42 (1.0)	32 (0.8)	38 (0.9)	55 (1.3)	53 (1.3)	54 (1.3)	80 (1.9)	183 (4.3)	3,507 (82.7)	4,239 (100.0)		4,239	91.99	23.01	
不明 (%)	14 (18.4)		2 (2.6)	2 (2.6)	1 (1.3)	1 (1.3)	3 (3.9)		3 (3.9)	1 (1.3)	49 (1.3)	76 (64.5)	2 (100.0)		78	72.58	40.94	
記載なし (%)												1 (100.0)	1 (100.0)			1	100.00	
総計 (%)	112 (2.6)	41 (0.9)	58 (1.3)	44 (1.0)	33 (0.8)	39 (0.9)	58 (1.3)	53 (1.2)	57 (1.3)	81 (1.9)	183 (4.2)	3,557 (82.4)	4,316 (100.0)		2	4,318	91.65	23.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0034##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査