

表 469 ETRF装着率(%) 細菌数(cfu/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数	0 (装着せず)	10未満	10~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100 (全台装着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
0.1未満 (%)	25 (0.8)	21 (0.7)	21 (0.7)	20 (0.7)	24 (0.8)	20 (0.7)	31 (1.0)	30 (1.0)	33 (1.1)	55 (1.8)	144 (4.7)	2,633 (86.1)	3,057 (100.0)		3,057	94.94	17.59	
0.1~ (%)	8 (1.6)	7 (1.4)	17 (3.4)	4 (0.8)	3 (0.6)	3 (0.6)	7 (1.4)	7 (1.4)	9 (1.8)	12 (2.4)	16 (3.2)	406 (81.4)	499 (100.0)		499	90.67	24.71	
1~ (%)	9 (3.1)	8 (2.8)	8 (2.8)	4 (1.4)	4 (1.4)	4 (2.4)	7 (3.5)	10 (1.4)	4 (2.4)	7 (2.1)	6 (3.1)	211 (73.5)	287 (100.0)		287	85.19	29.91	
10~ (%)	10 (6.9)	1 (0.7)	4 (2.8)	5 (3.5)	1 (0.7)	5 (3.5)	2 (1.4)	7 (4.9)	3 (2.1)	5 (3.5)	6 (4.2)	95 (66.0)	144 (100.0)		144	81.17	32.81	
100以上 (%)	2 (7.1)			1 (3.6)						1 (3.6)	2 (7.1)	22 (78.6)	28 (100.0)		28	89.29	29.08	
合計 (%)	54 (1.3)	37 (0.9)	50 (1.2)	34 (0.8)	32 (0.8)	35 (0.9)	50 (1.2)	48 (1.2)	52 (1.3)	79 (2.0)	177 (4.4)	3,367 (83.9)	4,015 (100.0)		4,015	93.18	20.79	
不明 (%)	40 (17.4)	3 (1.3)	7 (3.0)	10 (4.3)	1 (0.4)	3 (1.3)	7 (3.0)	5 (2.2)	3 (1.3)	2 (0.9)	4 (1.7)	145 (63.0)	230 (100.0)		2	232	71.62	41.24
記載なし (%)	18 (25.4)	1 (1.4)	1 (1.4)			1 (1.4)	1 (1.4)		2 (2.8)		2 (2.8)	45 (63.4)	71 (100.0)			71	69.64	44.31
総計 (%)	112 (2.6)	41 (0.9)	58 (1.3)	44 (1.0)	33 (0.8)	39 (0.9)	58 (1.3)	53 (1.2)	57 (1.3)	81 (1.9)	183 (4.2)	3,557 (82.4)	4,316 (100.0)		2	4,318	91.65	23.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0035##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査