

表 474 ET測定頻度 細菌数測定の頻度別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数測定の頻度	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	88 (49.2)	9 (69.2)			24 (13.4)	44 (24.6)	23 (12.8)	179 (100.0)	5		184
毎日 (%)					4 (30.8)			13 (100.0)			13
毎週 (%)		5 (3.4)	136 (91.9)		7 (4.7)			148 (100.0)			148
隔週 (%)		3 (1.3)	15 (6.6)	200 (87.3)	10 (4.4)	1 (0.4)		229 (100.0)			229
毎月 (%)		14 (0.5)	27 (0.9)	46 (1.6)	2,766 (95.9)	21 (0.7)	11 (0.4)	2,885 (100.0)	1		2,886
年数回 (%)	1 (0.3)		1 (0.3)	2 (0.6)	101 (28.8)	234 (66.7)	12 (3.4)	351 (100.0)	3		354
年1回 (%)			1 (0.2)	3 (0.7)	149 (35.1)	12 (2.8)	259 (61.1)	424 (100.0)	1		425
合計 (%)	89 (2.1)	31 (0.7)	180 (4.3)	251 (5.9)	3,061 (72.4)	312 (7.4)	305 (7.2)	4,229 (100.0)	10		4,239
不明 (%)	9 (36.0)				3 (12.0)	7 (28.0)	6 (24.0)	25 (100.0)	53		78
記載なし (%)										1	1
総計 (%)	98 (2.3)	31 (0.7)	180 (4.2)	251 (5.9)	3,064 (72.0)	319 (7.5)	311 (7.3)	4,254 (100.0)	63	1	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#C0044##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査