

表 477 ET測定値(EU/mL) ベッドサイドコンソール台数別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

ベッドサイド コンソール台数	0.001 EU/mL未満	0.001～0.01 EU/mL未満	0.01～0.05 EU/mL未満	0.05～0.1 EU/mL未満	0.1～0.25 EU/mL未満	0.25～0.5 EU/mL未満	0.5 EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	1,390 (78.8)	213 (12.1)	98 (5.6)	24 (1.4)	24 (1.4)	9 (0.5)	6 (0.3)	1,764 (100.0)	107	40	1,911
25～ (%)	1,473 (84.5)	176 (10.1)	50 (2.9)	19 (1.1)	10 (0.6)	8 (0.5)	7 (0.4)	1,743 (100.0)	20	5	1,768
50～ (%)	392 (85.2)	49 (10.7)	11 (2.4)	3 (0.7)	2 (0.4)	3 (0.7)		460 (100.0)	1	1	462
75～ (%)	87 (87.9)	9 (9.1)	1 (1.0)		1 (1.0)		1 (1.0)	99 (100.0)			99
100～ (%)	64 (82.1)	12 (15.4)					2 (2.6)	78 (100.0)			78
合計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318
記載なし (%)											
総計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318
平均	32.61	31.85	23.91	25.48	23.11	29.15	41.69	32.05	14.07	12.74	31.31
標準偏差	21.34	26.86	14.96	15.45	16.39	16.40	41.94	21.90	11.32	11.23	21.87

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

#C0051#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査