

表 485 細菌数測定の頻度 施設所属患者数別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

施設所属患者数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
10未満	40 (%)	1 (0.5)	2 (1.0)	3 (1.4)	100 (47.8)	45 (21.5)	18 (8.6)	209 (100.0)	28		237
10 ~	123 (%)	3 (0.2)	21 (1.5)	50 (3.6)	949 (68.1)	146 (10.5)	101 (7.3)	1,393 (100.0)	39	1	1,433
50 ~	20 (%)	1 (0.1)	52 (3.4)	85 (5.5)	1,126 (73.1)	95 (6.2)	162 (10.5)	1,541 (100.0)	7		1,548
100 ~	1 (%)	4 (0.4)	53 (5.7)	74 (8.0)	616 (66.6)	59 (6.4)	118 (12.8)	925 (100.0)	4		929
200 ~		3 (2.5)	16 (13.3)	13 (10.8)	66 (55.0)	6 (5.0)	16 (13.3)	120 (100.0)			120
300 ~		1 (2.0)	4 (7.8)	4 (7.8)	29 (56.9)	3 (5.9)	10 (19.6)	51 (100.0)			51
合計	184 (%)	13 (0.3)	148 (3.5)	229 (5.4)	2,886 (68.1)	354 (8.4)	425 (10.0)	4,239 (100.0)	78	1	4,318
記載なし											
総計	184 (%)	13 (0.3)	148 (3.5)	229 (5.4)	2,886 (68.1)	354 (8.4)	425 (10.0)	4,239 (100.0)	78	1	4,318
平均	24.44	160.31	119.14	97.22	76.07	63.07	91.52	77.20	27.77	15.00	76.29
標準偏差	21.72	181.44	88.69	66.95	58.45	60.24	74.39	63.81	31.79		63.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0062##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査