

表 491 細菌数(cfu/mL) ベッドサイドコンソール台数別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

ベッドサイド コンソール台数	0.1未満	0.1 ~	1 ~	10 ~	100以上	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	1,216 (73.1)	233 (14.0)	134 (8.1)	70 (4.2)	10 (0.6)	1,663 (100.0)	187	61	1,911
25 ~ (%)	1,344 (78.2)	200 (11.6)	112 (6.5)	52 (3.0)	11 (0.6)	1,719 (100.0)	40	9	1,768
50 ~ (%)	359 (78.7)	45 (9.9)	30 (6.6)	16 (3.5)	6 (1.3)	456 (100.0)	5	1	462
75 ~ (%)	77 (77.8)	13 (13.1)	5 (5.1)	3 (3.0)	1 (1.0)	99 (100.0)			99
100 ~ (%)	61 (78.2)	8 (10.3)	6 (7.7)	3 (3.8)		78 (100.0)			78
合計 (%)	3,057 (76.1)	499 (12.4)	287 (7.1)	144 (3.6)	28 (0.7)	4,015 (100.0)	232	71	4,318
記載なし (%)									
総計 (%)	3,057 (76.1)	499 (12.4)	287 (7.1)	144 (3.6)	28 (0.7)	4,015 (100.0)	232	71	4,318
平均	32.86	31.85	30.62	30.40	34.68	32.50	16.20	13.11	31.31
標準偏差	21.28	24.38	24.38	23.57	19.12	22.00	12.09	10.34	21.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0081##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査