

表 809 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析前 アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)			3
1.5~ (%)	2 (13.3)	13 (86.7)			15 (100.0)		2	17
2.0~ (%)	7 (10.6)	59 (89.4)			66 (100.0)		4	70
2.5~ (%)	28 (11.6)	213 (88.4)			241 (100.0)		38	279
3.0~ (%)	130 (12.3)	925 (87.6)		1 (0.1)	1,056 (100.0)		120	1,176
3.5~ (%)	231 (13.1)	1,533 (86.7)	4 (0.2)		1,768 (100.0)		168	1,936
4.0~ (%)	82 (16.2)	424 (83.6)		1 (0.2)	507 (100.0)		38	545
4.5~ (%)	4 (16.0)	21 (84.0)			25 (100.0)		1	26
5.0~ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
合計 (%)	485 (13.2)	3,192 (86.7)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,683 (100.0)		371	4,054
記載なし (%)	16 (21.1)	58 (76.3)	2 (2.6)		76 (100.0)		58	134
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	3.57	3.53	3.78	3.85	3.53		3.48	3.53
標準偏差	0.44	0.44	0.10	0.64	0.44		0.44	0.44

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1626##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査